



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

Raspuns clarificari

Nr 672/ data 19.09.19

Referitor la anuntul de cumparare directa „Achiziție coloana cromatografica si lampa pentru proiectul 9/PCCDI/PR1” publicat în SEAP sub nr. ADV1103480/18.09.2019, cod CPV: 31521000-4 – LAMPI.

În urma solicitării de clarificari din partea operatorilor economici, aducem următoarea clarificare:

Întrebare

1. Va rog sa precizati caracteristicile coloanei cromatografice

Răspuns

1. Caracteristicile coloanei cromatografice:

- faza stationare cu selectivitate Octadecil silicagel(C18), GOLD, totally endcapped;
- dimensiuni(lungime x diametrul intern): 250x 4.6 mm;
- dimensiunea particulelor :5 μm;
- dimensiunea porilor(Pore Size):175 Å;
- suprafata specifica(Nominal Surface Area):220mp/g;
- incarcatura de carbon(Carbon Load):10%

Șef Birou Achiziții pentru Proiecte
Ec. Răduțeanu Mircea

Intocmit
Lazăr Carmen